

WARUNKI GWARANCYJNE

Inhalator wodorowy H-2000

Czas gwarancji - 3 lata

Gwarancję zapewnia Hue Light.

Ochrona obejmuje kompleksowy okres obsługi pogwarancyjnej dla każdego produktu. Stosując te ustandaryzowane metody ustalania daty zakupu, firma Hue Light dąży do zapewnienia swoim klientom sprawiedliwego i niezawodnego okresu gwarancji. Okres serwisowy liczony jest od daty faktury zakupu, zapewniając klientom możliwość korzystania ze świadczonych usług w określonym okresie gwarancyjnym.

Należy pamiętać, że niniejsza gwarancja podlega szczegółowym warunkom określonym w umowie gwarancyjnej. Wszelkie dodatkowe wyłączenia lub ograniczenia związane z zakresem gwarancji zostaną wyraźnie podane w odpowiednich informacjach o produkcie. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu na fakturze.

Okres poserwisowy liczony jest na podstawie daty zakupu na fakturze, która jest standaryzowana przy użyciu następujących metod:

Numer seryjny na urządzeniu: Datę zakupu ustala się na podstawie numeru seryjnego umieszczonego na urządzeniu. Pozwala to na dokładną identyfikację i śledzenie harmonogramu produkcji i zakupu produktu.

Faktura sprzedaży: Datę zakupu ustala się na podstawie daty określonej na fakturze sprzedaży urządzenia Hue Light.

Gwarancja na URZĄDZENIE DO INHALACJI WODORU MOLEKULARNEGO (MHID) dostarczane przez firmę Hue Light podlega pewnym wyjątkom i ograniczeniom. Należy pamiętać, że te wyłączenia dotyczą wyłącznie urządzenia do inhalacji wodoru molekularnego. Wyłączenia te wprowadzono, aby zapewnić, że gwarancja pozostanie ważna w przypadku rzeczywistych wad materiałowych lub wykonawczych, oraz aby zniechęcić do niewłaściwego obchodzenia się lub niewłaściwego użytkowania Urządzenia do inhalacji wodoru molekularnego. Następujące

okoliczności i warunki są wyłączone z zakresu gwarancji:

Stosowanie niesterylnej wody destylowanej:

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani usterek powstałych na skutek niestosowania w urządzeniu sterylnej wody destylowanej. Należy koniecznie postępować zgodnie z dostarczonymi instrukcjami i wytycznymi, upewniając się, że do utrzymania prawidłowego działania urządzenia do inhalacji wodoru molekularnego używana jest wyłącznie sterylna woda destylowana.

Nieprawidłowa instalacja zasilania: Problemy powstałe po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania niespełniającego wskazanego standardu nie są objęte gwarancją. Należy koniecznie upewnić się, że MHID jest podłączony do kompatybilnego gniazdka 220 V z kondycjonerem UPS zgodnym z lokalnymi przepisami budowlanymi i elektrycznymi.

Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą: Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej obsługi, takie jak upuszczenie urządzenia po jego przeniesieniu, nie są objęte gwarancją. Klient ma obowiązek ostrożnie obchodzić się z urządzeniem do inhalacji wodoru molekularnego i podejmować niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec wypadkom lub upadkom.

Zagrożenie pożarowe: Wszelkie problemy powstałe w wyniku umieszczenia przedmiotów łatwopalnych lub otwartego płomienia w pobliżu urządzenia, powodujące uszkodzenie, nie są objęte gwarancją. Ważne jest, aby obszar wokół urządzenia był wolny od wszelkich potencjalnych zagrożeń pożarowych.

Nieautoryzowany demontaż i montaż: Wszelkie uszkodzenia powstałe po rozebraniu i złożeniu urządzenia przez osobę nieuprawnioną nie są objęte gwarancją. Klienci powinni powstrzymać się od prób demontażu lub modyfikacji Urządzenia do inhalacji wodoru molekularnego bez odpowiedniego upoważnienia producenta.